

Warszawa, dnia 14.06.2011 r.

TA/ZP-14/2011

**Wykonawcy:**

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kamery elektronicznej monochromatycznej**

### **WYJAŚNIENIA**

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp” przekazuje następujące informacje w związku z zapytaniami złożonymi w przedmiotowym postępowaniu:

#### **Pytanie**

**Czy zamawiający dopuści kamerę o następujących parametrach:**

- a) maksymalna rozdzielczość 1280 x 1024 o czułości 5000 ISO?**
- b) z migawką elektroniczną o najkrótszym czasie otwarcia 2,16 mikrosekundy?**
- c) o pojemności pamięci wewnętrznej umożliwiającej 4.894 sekund ciągłego zapisu przy maksymalnej rozdzielczości i maksymalnej, dostępnej dla tej rozdzielczości, prędkości zapisu?**
- d) pracująca w zakresie temperatur od +0 °C do +40 °C?**
- e) o masie body kamery 1,25 kg?**
- f) z oprogramowaniem sterującym i przetwarzającym obrazy umożliwiającym prezentację graficzną obliczanych wielkości i ich zapis do plików w formatach: Microsoft Word i Excel?**

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje parametry określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że kamera jest niezbędna głównie do filmowania zjawisk zachodzących podczas powstrzymywania spadania z wysokości. Biorąc pod uwagę specyfikę takich badań dynamicznych, np. powstrzymywania spadania manekina wyposażonego w indywidualny sprzęt ochronny, niezbędne jest aby kamera posiadała również możliwość filmowania z rozdzielczością co najmniej 1600 na 1700 pikseli w celu prześledzenia ruchu drobnych elementów.

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza dostawy kamery, której maksymalna rozdzielczość wynosi 1280 na 1024 pikseli.