

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu:

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt.: „Dostawa kalibratora drgań”.

Zamawiający, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą treści Zapytania Ofertowego, zwanego dalej „ZO”:

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie kalibratora drgań, którego częstotliwość kalibracji wynosi $159,2 \text{ Hz} \pm 1\%$?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną częstotliwość kalibracji.

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie kalibratora drgań w o wadze nie większej niż 900 gram włącznie z baterią?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr Miroslaw Flejmer